



Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG · Postfach 3380 · 78022 Villingen-Schwenningen

Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Hahnstraße 11
DE-78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: + 49 7720/83 41 - 0
Telefax: + 49 7720/2 18 68
Deutschland · Germany · Allemagne

E-Mail: info@kaefer-messuhren.de
Internet: www.kaefer-messuhren.de

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen/Durchwahl
Jürgen Hauser / 21

Datum
Mai 2011

PRÜFBESCHEINIGUNG

gültig von **Mai 2011** bis **Mai 2012**

Die für Sie gefertigten Messuhren und Messuhrgeräte werden nach folgenden schriftlich fixierten Normen hergestellt und justiert:

- Standardmessuhren mit 0,01 mm Skalenteilungswert und max. 10 mm Messbereich: DIN 878
- Standardmessuhren mit 0,01 mm Skalenteilungswert und Messbereich von 20 und 30 mm, Käfer Werksnorm 1.0200.9.0014, Ausgabe 2000
- Standardmessuhren mit 0,01 mm Skalenteilungswert und mehr als 30 mm Messbereich: Käfer Werksnorm 1.0200.9.0002, Ausgabe 3/2000
- Standardmessuhren mit 0,1 mm Skalenteilungswert: Käfer Werksnorm 0.0100.9.0004, Ausgabe 2/1990
- Feinmessuhren Serie FEINIKKA mit 0,001 mm Skalenteilungswert und 0,1 mm Zeigerumdrehung: Käfer Werksnorm 0.0500.9.0010, Ausgabe 2/2003
- Standardmessuhren mit 0,001 mm oder 0,002 mm Skalenteilungswert und 0,2 mm Zeigerumdrehung: Käfer Werksnorm 0.0500.9.0001, Ausgabe 6/2003
- Fühlhebelmessgeräte K 30 – K 48: DIN 2270
- Standard-Feinzeiger Compika: DIN 879

Alle Messuhren und Messuhrgeräte werden einer Genauigkeitskontrolle sowie einer Endkontrolle mit Sichtprüfung auch mechanischer Funktionen unterzogen (100%-Kontrolle). Die Rückführbarkeit der verwendeten Prüfnormale auf nationale Normale der DKD bzw. der PTB gemäß DIN/ISO 9001 ist gewährleistet. Die aktuelle Rückführung auf den nationalen Längenstandard erfolgt über:

H 01 0948 / KOBA / DKD Nr. 86097 –2802 DKD-K-01301-2005-08, **D 08 0668** / Optimar 100 / 1190/98 / 000029 DKD-K-41801-2006-05, **D 08 0889** / MFP-100.01BV / 1218 / 00 / 000236 D-K-15131-01-00 - 2011-03, **D 08 0620** / MFP-100.01BV / 100300 / 000237 D-K-15131-01-00 - 2011-03, **D 08 0550** / MFP-100.01BV / 100633 / 000235 D-K-15131-01-00 - 2011-03, **D 08 0860** / MFP-30.03 BV / 100212 / FMS 15455 / 03 / 11, **D 08 0900** / MFP-30.03 BV / 100776 / FMS 15419 / 03 / 11, **S 08 0986** / MFP-30.03 BV / 100322 / FMS 5282 / 06 / 08 und **S 08 0987** / MFP-30.03 BV / 100500 / FMS 7955 / 06 / 09.

KÄFER Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

i.A. Herr Hauser

Leiter der Qualitätssicherung (QMB)

